CMA 70021131268

CNAS 中国认可 检测 TESTING CNAS L0738

CCRITC

防爆合格证

证　　号：CCRI 18.1240X

单　　位：澳博莱（武汉）仪表制造有限公司

地　　址：武汉市青山区红钢二街13号中交红钢城10栋A座4-26层5楼第48号卡位

产品名称：磁致伸缩液位计

型号规格：AT66-a/b/c/d/e/f/g

防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb

技术文件：Q/QSABL001-2018

图　　号：AT66-N-0000、AT66-B-0000

备　　注：见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB/T 4208-2017

发证日期：2018年9月18日

有效期至：2023年9月17日

批　　准：

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）检测检验专用章

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路5号　　电话：010-84262992

防爆合格证查询网址：http://www.ccritc.com.cn/Home

防爆合格证（附页）

证　　号：　CCRI 18.1240X

1. 额定电压：24V DC，额定电流：4-20mA；

2. 使用环境温度：-40℃≤Ta≤65℃；

3. 命名规则：

AT66-a/b/c/d/e/f/g：磁致伸缩液位计
a/表头位置
顶部安装（代码/T/）；底部安装（代码/B/）、
b/表头材质
铸铝（代码/A/）;316LSS（代码/S/）
c/安装方式
插入式安装（代码/N/）；外绑式安装（代码/B/）
d/过程连接
标准 3/4”可调压紧螺纹连接（代码/C/）
法兰连接（代码/F/）；其他链接方式（代码/X/）
e/过程温度
f/探杆类型
316SS 探杆，外径 5/8”，标准型探杆（代码/R/）
哈氏合金 C-267 探杆，外径 5/8”　（代码/RHC/）
其他探杆　（代码/XXX/）
注：1.如需特氟龙涂层，加后缀“S.”；2.如需带金属探杆护套，加后缀“.T”
例：316SS 探杆，带哈氏合金 C 护套，代码（代码/R.T.RHC/）
g/测量长度
ML 用户指定测量长度
选型示例：AT66/T/A/N/C/H0/R/700mm

4. “X”代表：产品使用时需配接具有防爆合格证的且防爆等级相适应的电缆引入装置。

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。
中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号　　电话：010-84262992
防爆合格证查询网址：http://www.ccritc.com.cn/Home