CMA 170021131268

CNAS 中国认可 检测 TESTING CNAS L0738

CCRITC

# 防爆合格证

证　　号：CCRI 20.2068X

单　　位：澳博莱（武汉）仪表制造有限公司

地　　址：武汉市青山区红钢二街13号中交红钢城10栋A座4-26层5楼第48号卡位

产品名称：磁敏液位计

型号规格：MGT

防爆标志：Ex ia IIC T4 Ga

技术文件：Q/QSABL002-2020

图　　号：17330000

备　　注：1. 额定电压：DC 24V，供电需选用与之参数相匹配的安全栅，
本安参数为Ui:28V DC，Ii:93mA，Pi:0.65W，Ci:0μF，Li:0mH；
2. 使用环境温度：-40℃≤Ta≤+65℃；外壳防护等级为IP66/IP68 @1m,2h；
3. 后缀“X”表示设备使用在0区时，需注意防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010，GB 3836.4-2010，GB/T 4208-2017

发证日期：2020年4月26日

有效期至：2025年4月25日

批　　准：

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路5号　　电话：010-89268018

防爆合格证查询网址：http://www.ccritc.com.cn/Home