防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 Certificate No. CE20.1709X

产品名称 Name of Product	磁敏液位计
型号及规格 Type of Product	MGT/[1]/[2]/[3]/[4]/D/[5]/[6]
防爆标志 Marking	**Ex d IIC T6 Gb**
技术文件 Technical Documents	Q/QSABL002-2020
图 号 Drawing No.	17330000
备 注 Note (s)	本证书备注内容详见附录

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the followingstandards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010

发 给: Issued to: 澳博莱（武汉）仪表制造有限公司

本证失效日期: Date of Expire: 2025-07-10

发证日期: Date of Issue: 2020-07-10

中心印章 Center seal

中心主任 Director

国家防爆产品质量监督检验中心（天津）
（石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心）
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效.
Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号 邮政编码: 300131 电话/传真: 022-26651066 /26689116
Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131 Tel/ Fax: 022-26651066/26689116
E-mail:pcec@pcec.com.cn http://www.pcec.com.cn

防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证　号
Certificate No. CE20.1709X

1. 额定电压：DC24V。
2. 规格型号中[1]代表类型：D-插入安装、ST-外绑顶装、SB-外绑底装；[2]代表变送器结构：S-单腔一体化变送器（标准）、SW-单腔一体化变送器，带观察窗；[3]代表壳体材质：A-压铸铝、S-不锈钢；[4]代表输出信号；[5]代表精度；[6]代表测量范围。
3. 使用环境温度：-40℃≤Ta≤65℃。
4. 外壳防护等级：IP66/IP68（水深 1 米，时间 2 小时）。
5. 安装时热源不应使设备最高表面温度超过其温度组别。
6. 须配装与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。

以下空白。

国 家 防 爆 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心（天津）
（石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心）
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效.
Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号　　邮政编码: 300131　　电话/传真: 022-26651066 /26689116
Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131　　Tel/ Fax: 022-26651066/26689116
E-mail:pcec@pcec.com.cn　　http://www.pcec.com.cn